



FEITENBOOM Ongeval van Mevr. MANNENS Cosset, C76372

Feiten.

1. Snijwonde linker hand veroorzaakt door scheermesje.
2. Gesneden met scheermesje.
3. Controle over scheerproces verloren
4. SO heeft het evenwicht verloren.
5. SO stond op haar tenen.
6. De rand van het bad was te hoog ($\pm 1,20$ m)
7. Bad lift van het bad was volledig naar boven gehaald.
8. Patiënt lag in het bad.
9. Er is geen verhoogd platform waar verplegend personeel kan opstaan.
10. De poten van het bad staan niet op de laagste stand.





Advies preventiemaatregelen.

1. Bad lift gebruiken indien de patiënt moeilijk te bereiken is.
(In dit geval stond de lift op zijn hoogste stand)
2. Een verhoog voorzien aan het bad zodat men de patiënt in het bad goed kan bereiken.
Dit zou ook goed zijn voor het onderhoudspersoneel dat de baden moet reinigen en desinfecteren.
3. Personeel over deze risico's op de hoogte brengen en instructies geven.
4. De poten van het bad (zijn verstelbaar) verstellen naar de laagste positie.
5. Ergonomische studie laten uitvoeren dooreen ergonoom om betere arbeidsvoorwaarden te creëren.
(Rugschool ?)